

SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0014

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017
 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018

MOSER TMT AG
 Temperatur-Messtechnik
 Sommeraustasse 2
 8634 Hombrechtikon

Leiter: Michael Moser
 MS-Verantwortlicher: Michael Moser
 Telefon: +41 55 244 23 46
 E-Mail: info@moserag.ch
 Internet: <http://www.moserag.ch>
 Erstmals akkreditiert: 01.03.1988
 Aktuelle Akkreditierung: 18.03.2024 bis 17.03.2029
 Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
 (Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 18.03.2024

Kalibrierlaboratorium für thermische Grössen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgrösse / Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicherheit \pm ¹⁾	Bemerkungen
Temperatur		Im Kalibrierbad		Vergleich mit Normal-Platin-Widerstandsthermometern
Berührungsthermometer mit Direktanzeige	-80 °C ... 40 °C > 40 °C ... 150 °C > 150 °C ... 420 °C		0,020 K 0,025 K 0,030 K	
Berührungsthermometer Widerstandsthermometer				
Fixpunkt nach ITS-90	0,01 °C	Wassertripelpunkt	0,010 K	

Bei Widersprüchen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die deutsche Fassung.

* / * / * / * / *