

SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0140

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017
 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018

Endress + Hauser (Schweiz) AG
 Service / SCS Kalibrierlaboratorium
 Kägenstrasse 2
 4153 Reinach BL

Leiter: Herr Christophe Guth
 MS-Verantwortlicher: Herr Christian Müller-Albisetti
 Telefon: +41 61 715 75 75
 E-Mail: christophe.guth@endress.com
 Internet: <http://www.endress.com>
 Erstmals akkreditiert: 28.04.2015
 Aktuelle Akkreditierung: 28.04.2020 bis 27.04.2025
 Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
 (Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 06.09.2022

Kalibrierlaboratorium für Durchfluss, Temperatur und Druck

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgrösse / Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicherheit \pm ¹⁾	Bemerkungen
VORORT-KALIBRIERUNG:				
Durchfluss				
Volumendurchfluss	50 dm ³ /h ... 65 000 dm ³ /h	+5 ... 80 °C 0,5 ... 16 bar rel	0,3 %	
Massedurchfluss	50 kg/h ... 65 000 kg/h	+5 ... 80 °C 0,5 ... 16 bar rel	0,3 %	
Temperatur	-20 °C ... 50 °C 50 °C ... 150 °C		0,1 °C 0,15 °C	



SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0140

Messgrösse / Kalibrier- gegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicher- heit \pm ¹⁾	Bemerkungen
VORORT- KALIBRIERUNG: Druck Pos. / Neg. Über- druck Absolutdruck	 -1 bar ... 20 bar 100 mbar ... 2 000 mbar		 0,1 % jedoch nicht klei- ner als 1 mbar 0,1 % jedoch nicht klei- ner als 1 mbar	

* / * / * / * / *