

SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0154

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017
 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018

MBV AG
 Kalibrierlaboratorium
 Industriestrasse 9
 8712 Stäfa

Leiter/in: Christian Habegger
 MS-Verantwortliche/r: Micha Tiefenbach
 Telefon: +41 928 30 80
 E-Mail: christian.habegger@mbv.ch
 Internet: <http://www.mbv.ch>
 Erstmals akkreditiert: 01.07.2019
 Aktuelle Akkreditierung: 01.07.2019 bis 30.06.2024
 Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
 (Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 20.04.2023

Kalibrierlaboratorium für Durchfluss von Luft und Druck

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgrösse / Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicherheit \pm ¹⁾	Bemerkungen
Volumen- und Normvolumenstrom von Luft	(5 bis 900) L/min	(21 bis 25) °C Atmosphärendruck	0.39 %	Normvolumenstrom referenziert auf: 1013.25 hPa, 20 °C und 0 rH%
Absolutdruck	(0.6 bis 7.2) bar	(21 bis 25) °C Atmosphärendruck	0.4 %, jedoch nicht kleiner als 4.7mbar	

* / * / * / * / *