

Registre SCS

Numéro d'accréditation : SCS 0046

Norme internationale : ISO/CEI 17025:2017
Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2018

TSR Messtechnik AG
Laboratoire accrédité
Ebnatstrasse 164
8207 Schaffhausen

Responsable : Damian Kromka
Responsable SM : Damian Kromka
Téléphone : +41 41 510 23 05
E-Mail : kromka@tsr-ag.ch
Internet : <http://www.tsr-group.ch>
Première accréditation : 09.03.1994
Accréditation actuelle : 15.02.2020 au 14.02.2025
Registre voir : www.sas.admin.ch
(Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès le 13.05.2024

Laboratoire d'étalonnages pour le débit (vitesse de l'air) et la pression

Capacités d'étalonnage et de mesure (CMC)

Grandeur de mesure / Objet à étalonner	Etendue de mesure	Conditions de mesure	Meilleure incertitude de mesure \pm ¹⁾	Remarques
Etalonnage d'anémomètres, tubes de Pitot-Venturi et mesureurs de vent	0,1 m/s ... 50 m/s	Température ambiante : 20 °C ... 30 °C Pression d'air : 900 hPa...1100 hPa	\pm 1,0%, mais au moins 0,01 m/s	
Surpression dans les gaz	-25000 Pa ... +25000 Pa		0,02 %, mais au moins 0.1 Pa	

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version allemande fait foi.

* / * / * / * / *