

SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0099

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017
 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018

VGD/KIGA
 Kalibrierstelle Baselland
 Reinacherstrasse 115
 4142 Münchenstein

Leiter: Guido Werdenberg
 MS-Verantwortlicher: Guido Werdenberg
 Telefon: +41 61 552 78 50
 E-Mail: <mailto:kalibrierstelle@bl.ch>
 Internet: <http://www.kalibrierstelle.bl.ch>
 Erstmals akkreditiert: 21.05.2002
 Aktuelle Akkreditierung: 20.05.2022 bis 19.05.2027
 Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
 (Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 20.05.2022

Kalibrierlaboratorium für die Messgrösse Masse und elektronische Waagen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgrösse / Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicherheit \pm ¹⁾	Bemerkungen
Konventioneller Wägewert von Gewichtstücken	1 mg ... 100 mg	Substitutionswägung	0,007 mg	Genauigkeitsklassen OIML F ₁ *, F ₂ , M ₁ , M ₂ , M ₃ * Messbereich für F ₁ : 1 mg ... 50 kg
	100 mg ... 500 mg		0,01 mg	
	500 mg ... 5 g		0,02 mg	
	5 g ... 50 g		0,03 mg	
	50 g ... 50 kg		1 ppm	
	50 kg ... 500 kg		10 ppm	

SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0099

Messgrösse / Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicherheit ± ¹⁾	Bemerkungen
Wiegegeräte: Kalibrieren von nichtselbsttätigen, elektronischen Waagen nach Euramet cg18	0 ... 6,1 kg	Mit Gewichtstücken der Klasse E ₂	2•10 ⁻⁶	Kalibrieren der Waagen im SCS- Kalibrierlabor und vor Ort mit ent- sprechender Massunsicherheit.
	6.1 ... 21,1 kg	Mit Gewichtstücken der Klasse E ₂	2•10 ⁻⁶	
	21.1 ... 60,1 kg	Mit Gewichtstücken der Klasse E ₂	2•10 ⁻⁶	
	60.1 ... 250 kg	Mit Gewichtstücken der Klasse F ₂	2•10 ⁻⁵	
	250 ... 3000 kg	Mit Gewichtstücken der Klasse M ₁	1•10 ⁻⁴	
	0 ... 500 g	Mit Gewichtstücken der Klasse E ₂	2•10 ⁻⁶	
	500 g ... 32,1 kg	Mit Gewichtstücken der Klasse F ₁	1•10 ⁻⁵	
	32.1 ... 80 kg	Mit Gewichtstücken der Klasse F ₂	2•10 ⁻⁵	
	250 ... 3000 kg	Mit Gewichtstücken der Klasse M ₁	1•10 ⁻⁴	

Bei Widersprüchen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die deutsche Fassung.

* / * / * / * / *