

Registre SCS

Numéro d'accréditation : SCS 0104

Norme internationale : ISO/CEI 17025:2017
Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2018

Dosilab AG
Gartenstadtstrasse 7a
3098 Köniz

Responsable : Dr Miha Furlan
Responsable SM : Florent Goguet
Téléphone : +41 31 744 92 00
E-Mail : info@dosilab.ch
Internet : www.dosilab.ch
Première accréditation : 18.10.2004
Accréditation actuelle : 18.10.224 au 17.10.2029
Registre voir : www.sas.admin.ch
(Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès le 18.10.2024

Laboratoire d'étalonnages pour dosimètres passifs et électroniques

Capacités d'étalonnage et de mesure (CMC)

Grandeur de mesure / Objet à étalonner	Etendue de mesure	Conditions de mesure	Meilleure incertitude de mesure \pm ¹⁾	Remarques
Photons ¹³⁷ Cs	Dose équivalente et débit de dose	10 μ Sv – 10 Sv 1 μ Sv/h - 100 mSv/h	4 % 4 %	Champ de rayonnement ISO 4037
	Dose équivalente et débit de dose	20 μ Sv – 10 Sv	4 %	Automate d'irradiation pour dosimètres passifs
Photons rayons X	Dose équivalente et débit de dose	10 μ Sv – 1 Sv 10 μ Sv/h – 1.2 Sv/h	4 % 4 %	Qualités de rayonnement : N-25, N-30, N-40, N-60, N-80, N-100, N-120, N-150
		10 μ Sv – 10 Sv 66 mSv/h – 6.6 Sv/h	4 % 4 %	

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version allemande fait foi.

* / * / * / * / *