Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

SCS-Verzeichnis — Akkreditierungsnummer: SCS 0126

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017
Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018

Azurea Jauges SA
Rue du Noveleu 15
2744 Belprahon

Leiter: Mickaël De Lima Ferreira
MS-Verantwortlicher: Mickaël De Lima Ferreira
Telefon: +41 32 493 32 11
E-Mail: info-jauges@azurea.ch
Internet: www.azurea.ch
Erstmals akkreditiert: 26.10.2012
Aktuelle Akkreditierung: 26.10.2022 bis 25.10.2027
Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch (Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 26.10.2022

Kalibrierstelle für die Messgrösse Länge und 2 D dimensionale Grössen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgrösse / Kalibrier-gegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicher-heit ± [1)]	Bemerkungen
Länge				
	Aussenmasse			
Lehrdorne	0,05 mm ... 20 mm		0,30 µm	*L* in m / *L* en m
Rundheit				
	Aussen			
Lehrdorne	0,50 mm ... 20 mm		0,10 µm	

Bei Widersprüchen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die französische Fassung.

* / * / * / * / *

(1) Die angegebene erweiterte Messunsicherheit ist die Standardunsicherheit der Messung multipliziert mit einem Erweiterungsfaktor k = 2, was für eine Normalverteilung einem Vertrauensniveau von etwa 95 % entspricht.