

SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0126

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017
 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018

Azurea Jauges SA
 Rue du Noveleu 15
 2744 Belprahon

Leiter: Mickaël De Lima Ferreira
 MS-Verantwortlicher: Lucas Courbet
 Telefon: +41 32 493 32 11
 E-Mail: info-jauges@azurea.ch
 Internet: www.azurea.ch
 Erstmals akkreditiert: 26.10.2012
 Aktuelle Akkreditierung: 26.10.2022 bis 25.10.2027
 Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
 (Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 26.10.2022

Kalibrierstelle für die Messgrösse Länge und 2 D dimensionale Grössen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgrösse / Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicherheit \pm ¹⁾	Bemerkungen
Länge				
Lehrdorne	Aussenmasse 0,05 mm ... 20 mm		0,30 μ m	L in m / L en m
Rundheit				
Lehrdorne	Aussen 0,50 mm ... 20 mm		0,10 μ m	

Bei Widersprüchen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die französische Fassung.

* / * / * / * / *