

Registre SCS

Numéro d'accréditation : SCS 0126

Norme internationale : ISO/IEC 17025:2017
Norme suisse : SN EN ISO/IEC 17025:2018

Azurea Jauges SA
Rue du Noveleu 15
2744 Belprahon

Responsable : Mickaël De Lima Ferreira
Responsable SM : Mickaël De Lima Ferreira
Téléphone : +41 32 493 32 11
E-Mail : info-jauges@azurea.ch
Internet : www.azurea.ch
Première accréditation : 26.10.2012
Accréditation actuelle : 26.10.2022 au 25.10.2027
Registre voir : www.sas.admin.ch
(Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès 26.10.2022

Laboratoire d'étalonnage pour les longueurs et grandeurs dimensionnelles 2 D

Capacités d'étalonnage et de mesure (CMC)

Grandeur de mesure / Objet à étalonner	Etendue de mesure	Conditions de mesure	Meilleure incertitude de mesure \pm ¹⁾	Remarques
Longueur Jauges tampons	Mesure extérieure 0,05 mm ... 20 mm		0,30 μ m	L in m / L en m
Circularité Jauges tampons	Extérieur 0,50 mm ... 20 mm		0,10 μ m	

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version française fait foi.

* / * / * / * / *