

## SCS-Verzeichnis

**Akkreditierungsnummer: SCS 0157**

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017  
Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018

Berlinger & Co. AG  
Kalibrierlaboratorium  
Toggenburgerstrasse 20  
9608 Ganterschwil

Leiter: Janik Baumgartner  
MS-Verantwortlicher: Daniel Steiner  
Telefon: 071 982 88 11  
E-Mail: [info@berlinger.com](mailto:info@berlinger.com)  
Internet: <https://www.berlinger.com>  
Erstmals akkreditiert: 13.05.2020  
Aktuelle Akkreditierung: 13.05.2020 bis 12.05.2025  
Verzeichnis siehe: [www.sas.admin.ch](http://www.sas.admin.ch)  
(Akkreditierte Stellen)

### Geltungsbereich der Akkreditierung ab 13.05.2020

#### Kalibrierlaboratorium für thermische Grössen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgrösse / Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicherheit $\pm$ <sup>1)</sup>	Bemerkungen
<b>Temperatur</b> Kalibrierung von direktanzeigenden Thermometern und Temperaturdatenloggern mit Widerstandssensoren	-40 °C ... 85 °C	Kalibrierbad	0,080 K	Vergleich mit Normalwiderstandsthermometern
	0°C	Eispunkt (H2O)	0.024 K	

\* / \* / \* / \* / \*