



SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0159

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017
Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018

Aquametro Oil & Marine AG
Validation & Calibration
Service (VCS)
Ringstrasse 75
4106 Therwil

Leiter: Marion Heusser
MS-Verantwortliche/r: Marion Heusser
Telefon: +41 61 725 4416
E-Mail: mhs@aquametro-oil-marine.com
Internet: www.aquametro-oil-marine.com
Erstmals akkreditiert: 05.01.2020
Aktuelle Akkreditierung: 05.01.2021 bis 04.01.2026
Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
(Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 19.12.2023

Kalibrierlaboratorium für Durchfluss

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgrösse / Kalibrier- gegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicher- heit $\pm$ ¹⁾	Bemerkungen
Volumendurch- fluss	0,003 m ³ /h ... 30 m ³ /h	Wasser Kalt Gravimetrisch Prüfoel	0.2 %	Waage Öl Dichte: 814 kg/m ³ bei 20 °C Viskosität: 5 cSt bei 20°C
Volumendurch- fluss	0,5 l/h ... 200 l/h	Volumetrisch	0,06 %	Kolben
	0,015 m ³ /h ... 30 m ³ /h	Volumetrisch	0,12 %	Mastermeter

* / * / * / * / *