

## Registre SCS

Numéro d'accréditation : SCS 0159

Norme internationale : ISO/IEC 17025:2017  
Norme suisse : SN EN ISO/IEC 17025:2018

Aquametro Oil & Marine AG  
Validation & Calibration  
Service (VCS)  
Ringstrasse 75  
4106 Therwil

Responsable : Marion Heusser  
Responsable SM : Marion Heusser  
Téléphone : +41 61 725 4416  
E-Mail : [mhs@aquametro-oil-marine.com](mailto:mhs@aquametro-oil-marine.com)  
Internet : [www.aquametro-oil-marine.com](http://www.aquametro-oil-marine.com)  
Première accréditation : 05.01.2020  
Accréditation actuelle : 05.01.2021 bis 04.01.2026  
Registre voir : [www.sas.admin.ch](http://www.sas.admin.ch)  
(Organismes accrédités)

### Portée de l'accréditation dès le 19.12.2023

### Laboratoire d'étalonnages pour le débit

#### Capacités d'étalonnage et de mesure (CMC)

Grandeur de mesure / Objet à étalonner	Etendue de mesure	Conditions de mesure	Meilleure incertitude de mesure $\pm$ <sup>1)</sup>	Remarques
Débit volumique	0,003 m <sup>3</sup> /h ... 30 m <sup>3</sup> /h	Eau froide Gravimétrique	0.2 %	Échelle
Débit volumique		Mazout		Densité de l'huile 814 kg/m <sup>3</sup> à 20 °C Viscosité : 5 cSt à 20 °C
	0,5 l/h ... 200 l/h	Volumétrique	0,06 %	Piston
	0,015 m <sup>3</sup> /h ... 30 m <sup>3</sup> /h	Volumétrique	0,12 %	Compteur maître

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version allemande fait foi.

\* / \* / \* / \* / \*