

Registre STS

Numéro d'accréditation : STS 0505

Norme internationale : ISO/CEI 17025:2017
Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2018

GRIBI Messtechnik AG
Industriestrasse 3
3294 Büren an der Aare

Responsable : M. Laurent Gribi
Responsable SM : M. Laurent Gribi
Téléphone : +41 32 351 17 64
E-Mail : mail@gribimesstechnik.ch
Internet : <https://gribimesstechnik.ch/>
Première accréditation : 13.08.2008
Accréditation actuelle : 13.06.2023 au 12.06.2028
Registre voir : www.sas.admin.ch
(Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès le 20.01.2025

Laboratoire d'essais pour la mesure dimensionnelle de pièces

Produits, matériaux, domaine	Principe de mesure ²⁾ (caractéristiques, étendue de mesure, genres d'essais)	Méthodes d'essais, remarques (normes nationales et inter- nationales, méthodes internes)
Pièces usinées, lots de contrôle en métal, matière synthétique, céra- mique, verre, carbone, caoutchouc	Contrôle au moyen d'appareils de mesure tridimensionnelles tactiles et optiques Plage de mesure tactile : 2000 mm x 900 mm x 800 mm Plage de mesure optique : 610 mm x 500 mm x 200 mm Vérification des tolérancements di- mensionnel et géométrique par GPS. Taille linéaire et angulaire Forme, Orientation, Position, Battement	 Evaluation de l'incertitude de me- sure d'après VDI 2617 feuille 11 SN EN ISO 14405 SN EN ISO 1101

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version allemande fait foi.

* / * / * / * / *