Registre STS

Numéro d'accréditation : STS 0549

Norme internationale : ISO/CEI 17025:2017

Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2018

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg

Responsable : Wolfgang Hardegen

Responsable SM : Wolfgang Hardegen

Téléphone : +41 71 727 33 85

E-Mail : wolfgang.hardegen@leica-geo-systems.com

Internet : www.leica-geosystems.com

Première accréditation : 27.10.2010

Accréditation actuelle : 16.04.2025 au 15.04.2030

Registre voir : www.sas.admin.ch
(Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès le 16.04.2025

Laboratoire d'essais pour tester des systèmes laser mobiles non médicaux et d'instruments de mesure géodésiques

Produits, matériaux, domaine	Principe de mesure [2] (caractéristiques, étendue de mesure, genres d'essais)	Méthodes d'essais, remarques (normes nationales et internationales, méthodes internes)
Sécurité de laser tests de systèmes laser mobiles non médicaux	Classes laser 1, 1M, 2, 2M, 3R 3B ; 4 Longueurs d'onde 400 nm à 1800 nm Puissance continue max. : 30 W Energie max d'une impulsion : 1 mJ Durée d'impulsion 200 ps à continue	IEC 60825-1 / SN EN 60825-1 IEC TR 60825-5 IEC TR 60825-13
Tests d'instruments de mesure géodésiques pour la détermination de surface de terrain	Calcul de surface à partir de coor-données déterminées par GNSS (Global Navigation Satellite System) ou d'autres instruments géodésiques tels que stations totales. Détermination de la largeur de buffer et classification selon les 5 classes : 1) buffer < 1.50 m 2) buffer < 1.25 m	[20] COMMISSION REGULATION (EU) No 1306/2013 (agricultural policy...), 17 December 2013 [21] COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 640/2014, 11 March 2014

1) Portée de l'accréditation de type A (fixe)
2) Portée de l'accréditation de type B (flexible)
3) Portée de l'accréditation de type C (flexible)

Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741

Registre STS

Numéro d'accréditation : STS 0549

Produits, matériaux, domaine	Principe de mesure [2] (caractéristiques, étendue de mesure, genres d'essais)	Méthodes d'essais, remarques (normes nationales et internationales, méthodes internes)
	3) buffer < 1.00 m 4) buffer < 0.75 m 5) buffer < 0.50 m	[22] COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 809/2014, 17 July 2014 [23] ON-THE-SPOT CHECKS DSCG2014/32 ACCORDING TO 809/2014, Claim Year 2015 [24] D(2007)(8307), Area measurement validation scheme JRC IPSC/G03/P/SKA

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version allemande fait foi.

* / * / * / * / *

1) Portée de l'accréditation de type A (fixe)
2) Portée de l'accréditation de type B (flexible)
3) Portée de l'accréditation de type C (flexible)

Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741